

INSTITUT de RECHERCHES de la SIDÉRURGIE
(IRSID)

185, rue Président-Roosevelt - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (Yvelines)

FRANCE

ÉCHANTILLON-TYPE de FERRO-TITANE

510-1

CERTIFICAT D'ANALYSE

Teneur en chacun des éléments pour 100 g

	Titane	Carbone	Silicium	Aluminium	Phosphore	Azote
Teneurs	26,95	0,058	4,65	4,9	0,035	0,014 ⁽¹⁾
Nombre de résultats ...	52	54	56			
Intervalle de confiance.	26,9 - 27,0	0,055 - 0,061	4,57 - 4,73			

⁽¹⁾ Fusion oxydante

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE,

Juin 1967

Le Directeur Général de l'IRSID

M. ALLARD.

Le Chef du département Chimie de l'IRSID

E. JAUDON.