

Bundesanstalt für Materialprüfung
(BAM)

Berlin-Dahlem, Unter den Eichen 87

PRÜFSCHEIN

Analysenkontrollprobe Nr. 201

G Al Si 12

Silizium	13,20	%
Mangan	0,38	%
Eisen	0,18	%
Kupfer	0,009	%
Titan	0,011	%
Zink	0,038	%
Magnesium	0,0024	%
Aluminium	(Rest)	

Berlin-Dahlem, den

19

Abteilungsleiter