

Bundesanstalt für Materialprüfung
(BAM)

Berlin-Dahlem, Unter den Eichen 87

ausverkauft / out of stock

PR Ü F S C H E I N

Analysenkontrollprobe Nr. 303

Al 99,0

Silizium	0,271	%
Mangan	0,0022	%
Eisen	0,358	%
Kupfer	0,0036	%
Titan	0,013	%
Zink	0,040	%
Magnesium	0,0011	%
Vanadin	0,0034	%
Zinn	(<0,0005)	%
Aluminium	(Rest)	

Berlin-Dahlem, den

19

(.) - Richtwerte

Abteilungsleiter